

Technická 1905/5
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025
220445200**PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 61P/2024**

Datum vystavení:	13.2.2024				
Počet výtisků:	2				
Zadavatel analýzy:	Krupa Kratom, Adam Krupa, Tylovice 2891, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm				
Datum přijetí vzorku:	31.1.2024				
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice				
Datum zahájení rozboru:	6.2.2024				
Datum provedení rozboru:	6. - 13.2.2024				
Vzorek:					
Název: ⁺	Kratom červený	šarže ML.R.1.03.P.A 23.11.28/RP			
Vzorek odebral: ⁺	zadavatel				
Popis vzorku:	Premium Nano prášek, uzavíratelný sáček Doypack, hmotnost 50 g				
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>			
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní			
	SOP 3	Počet streptokoků			
	Gramovo barvení , mikroskopie				
Výsledky stanovení: **					
r. <i>Salmonella</i>	[v 25 g]	streptokoky	[cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní		< 50		< 50	

Vysvětlivky:⁺ Informace dodané zákazníkem****** Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené * nejsou v rozsahu akreditace

cfu kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

<50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
vedoucí laboratoře

_____ Konec protokolu _____